

KALIBROINTITODISTUS

Nro: 1234

PUNNUSTYYPPI: Puutavaranoستurivaa'an teräksinen
testipunnus

PUNNUKSENSARJANUMERO: 5678

PUNNUKSEN NIMELLISPAINO: 500,5 kg (500 g tarkkuudella)

EDELISEN TARKASTUKSEN
PAINO JA PÄIVÄMÄÄRÄ: 499,5 kg, 28.2.2009KALIBROINTIIN KÄYTETTY
VAAKA: Tamtron teollisuusnosturivaaka PCS
Sarjanumero: 20345
Kapasiteetti: 3200 kg
Näytön askel: 500 g
Testitodistus: NO 10909270, 12.8.2009
Leveysaste 61,5° +/-
250 kmKALIBROINTIVAA'AN LUKEMA: kg
498,5
499,0
499,5Tarkastuksessa on tehty kolme erillistä mittausta, vaa'an hajonnan
eliminoimiseksi.

PUNNIKSEN PAINO: 499,0 kg

ASIAKAS: Metsäurakointi Oy
Tukkitie 2
45665 MetsäkyläPÄIVÄMÄÄRÄ: 25.2.2010
PAIKKA: TAMPERE

TAMTRON OY

ALLAKIRJOITUS: Jyrki Jussila

Todistus on voimassa yhden vuoden sen antamisesta. Punnuksen
käsittelyssä tulee olla huolellinen ja minimoida punnuksen
mekaaninen kuluminen.